Neu!
Nouveau!
Novità!



ACCU-CHEK® Sensor

Kurzanleitung / Mode d'emploi en bref
Brevi istruzioni

Roche

ACCU-CHEK

Leben. So wie ich es will.

Codage de l'appareil
Chaque boîte de bandelettes réactives est accompagnée d'une puce de codage. Introduisez la puce de codage à l'arrière de l'appareil. Changez la puce de codage chaque fois que vous commencez une nouvelle boîte de bandelettes réactives ! Vérifiez que le numéro de code affiché par l'appareil correspond bien à celui de la boîte de bandelettes réactives utilisée.

Insérer la bandelette réactive
Accu-Chek Sensor se met en marche automatiquement dès que vous insérez une bandelette.

Appliquer une goutte de sang
Attendez que la goutte de sang clignotante soit affichée sur le display. Maintenant, amener le doigt latéralement dans la découpe de la bandelette réactive. Le sang est aspiré automatiquement.

Vérifier la dose
Vérifiez si le champ de réaction jaune est entièrement rempli de sang. **Dans les premières 15 secondes, vous pouvez encore corriger la dose.**

Appeler les résultats mémorisés
Appuyez sur la touche de démarrage. Dès que la bandelette clignotante est affichée sur le display, pressez la flèche droite ou gauche pour faire afficher les valeurs individuelles mémorisées par l'appareil.

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.

04.466.039.001

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch

HOTLINE
0800 803 303
DIABETES SERVICE